

专家论证意见表

2024年10月29日

招标人	安阳市中医院		
项目名称	项目名称：眼科 门诊设备进口类(包 1):电脑验光仪 1 台、眼底激光 532 机 1 台、眼前节 YAG 激光机 1 台		
<p>本项目论证会于 2024 年 10 月 29 日 09 时 30 分,地点:中新创达咨询有限公司评标室。准时召开,经论证专家委员会认真分析、评审。</p>			
<p>本项目论证意见:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 所购设备符合 180~240VAC, 50Hz 电源要求。 2. 验光仪测量范围调整。 3. 眼底激光 532 机 冷却方式、裂隙灯 不限制,脚踏 不限制品牌 输出系统补充“进口视网膜接触镜” 4. 眼前节 YAG 激光机 光斑直径调整范围 8~10mm。 脉冲模式调为 单脉冲、双脉冲 和 3 脉冲。 放大倍率增加 6x。 裂隙灯类型调为上光源裂隙灯。 5. 经对所采设备资料审查,符合我国法规及政策规定,且不处于国家禁止或限制进口范围,同意按《政府采购法》进口产品。 			
<p>本次论证中是否有异常情况:</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">无</p>			
论证委员会负责人			
论证委员会成员	李雪冰	郭占旭	刘书俊
	李雪冰	李志明	刘书俊