

## 电脑验光仪技术参数（进口）

1	测量方法	双环大瞳孔区域成像法
2	测量光源	SLD 光源
3	★球镜测量范围	-30.00D—+25.00D (VD=12mm) (0.01 D /0.12 D /0.25D 间隔)
4	★柱镜测量范围	0D—±12D (0.01 D /0.12 D /0.25D 间隔)
5	轴位测量范围	0° —180° (1° /5° 间隔)
6	最小瞳孔直径	≤2 毫米
7	角膜曲率半径	5.00-13.00mm (≤0.01mm 间隔)
8	★屈光度测量范围	25.96D—67.50D(n=1.3375) (0.01/0.12/0.25D 间隔)
9	散光测量范围	0D—±12.00D (0.01/0.12/0.25D 间隔)
10	轴位	0° —180° (1° /5° 间隔) 从中心点每 25° (上侧, 下侧, 耳侧, 鼻侧)
11	瞳距测量范围	30-80mm (≤1mm 间隔)
12	角膜尺寸测量范围	10-14mm (≤0.1mm 间隔)
13	瞳孔尺寸测量范围	1-10mm (≤0.1mm 间隔)
14	自动追踪&自动测量	Y 轴自动追踪, 自动测量
15	显示器	≥6.5 英寸可倾斜彩色 LCD 液晶屏
16	打印机	内置热敏打印机
17	数据接口	RS-232C /USB/LAN
18	电源	AC180-240V, 50Hz