

单一来源采购方式专业人员论证意见表

专业人员信息	姓名: 郭旭亮	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 安阳市灯塔医院	
项目信息	项目名称: 汤阴县人民医院医疗健康服务总医院3.0T磁共振维保项目	
	项目预算金额: 10万元/年	
	服务期限: 3年	
	供应商名称: 河南华源医院管理有限公司	
专业人员论证意见	<p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由,应包含对市场分析、专有技术的分析等)</p> <p>联影3.0T磁共振技术要求苛刻,运行过程中电气安全、质控检测均要求保养工程师具备与设备型号一致的原厂保养资质;维修诊断软件必须有原厂服务密码方能完成维修保养项目;3.0T维保项目市场供应方(进口、国产)均为唯一供应商授权。为保证设备故障及时排除,设备性能指标符合原厂QC标准或国家质量监督部门标准,河南华源医院管理有限公司作为汤阴县人民医院医疗健康服务总医院3.0T磁共振维保项目唯一授权,符合政府单一来源采购要求。</p>	
专业人员签字	郭旭亮	日期: 2025年1月8日

注: 本表中专业人员论证意见应由专业人员手工填写